



S.A.S CONCEPT-DENTAIRE

ZAC de Pré A Varois

54670 CUSTINES

03.83.24.03.02

**CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL
DE VOTRE YTHERMODESINFECTEUR**

Conditions générales - 2019

Le client souscrit un contrat d'entretien préventif pour un Thermodésinfecteur acheté à la société CONCEPT-DENTAIRE.

Le client s'engage à mettre à la disposition du technicien pour une durée minimale de 3H, l'espace suffisant pour l'intervention sur l'appareil. Aucun cycle de thermodésinfection d'instrument ne pourra être réalisé durant l'intervention.

Le contrat d'entretien préventif n'est pas lié à la vente de l'appareil, il peut être souscrit à tout moment. Ce contrat d'entretien n'est aucunement lié à la garantie de l'appareil il n'entraîne aucune extension de la durée de celle-ci.

La non souscription au contrat d'entretien ne conditionne pas une remise en cause de la garantie fabricant. Toutefois, l'absence de réalisation de ces opérations d'entretien pourrait entraîner une panne non couverte par la garantie.

Le contrat d'entretien / révision annuelle se traduit par une intervention annuelle sur site, réalisée par un technicien spécialisé, et réalisant d'une part les interventions recommandées par le fabricant pour l'entretien préventif, d'autre part un contrôle de bon fonctionnement des éléments vitaux du thermodésinfecteur.

Sont inclus à l'intervention, un jeu de bandelette de test de la qualité de l'eau ainsi que 1L de vinaigre blanc. Le client s'engage à réaliser de manière hebdomadaire un contrôle de la qualité de l'eau, ainsi qu'un nettoyage du thermodésinfecteur au vinaigre blanc (1/2L).

Hors période de garantie, toute pièce nécessaire lors de l'intervention non prévue au contrat sera facturée en sus et au tarif en vigueur.

La facture sera établie à l'issue de l'intervention, règlement sous huitaine.

La réalisation d'un entretien automatise la relance d'une demande d'entretien à l'échéance suivante. Un technicien vous contacte pour obtenir votre aval, et organiser l'intervention si vous le souhaitez.

Le 1 mars 2019
CONCEPT-DENTAIRE

G.JEUDY

Date :

O - j'accepte les conditions générales de vente 2019

Conditions de facturation / règlement :

Les interventions ponctuelles sont facturées à l'issue de l'intervention pour règlement sous huitaine.



Hydrim G4



Hydrim M2



Hydrim C61



Hydrim C51

**CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL
 DE VOTRE THERMODESINFECTEUR**

CLIENT N°
 NOM :
 ADRESSE :
 TEL :

APPAREIL
 MARQUE :
 MODELE :
 N° DE SERIE :
 DATE D'ACHAT :
 GARANTIE : OUI NON

Les thermo désinfecteurs nécessitent de subir des contrôles réguliers ainsi qu'un entretien périodique permettant d'assurer leur bon fonctionnement et leur performances afin de garantir l'efficacité des cycles de nettoyages effectués.

- 1° / Lors de chaque cycle, l'utilisateur doit effectuer une inspection visuelle (à l'aide d'un instrument grossissant) pour Vérifier s'il y a présence de saleté visuel
- 2° / Quotidiennement, l'utilisateur doit effectuer la série de vérification suivante :
 Du verrou de la porte, rotation des bras de lavage, du joint de porte, du chariot de chargement, des filtres de la chambre
- 3° / Une fois par an, un entretien complet doit être effectué par un technicien agréé. Les opérations de ce contrôle annuel, et faisant l'objet du présent contrat sont résumées ci-dessous :

OPERATIONS ANNUELLES			
Vérification des connexions électriques, de l'absence de fuite d'eau et du système d'évacuation			
Remplacement du filtre de séchage HEPA à 750 cycles et réinitialisation du compteur (joint inclus)			
Contrôle d'usure régulière des joints d'étanchéité principal et secondaire de la chambre			
Contrôle et nettoyage des filtres de puisard (vérification de la présence de déchets ou non)			
Contrôle de l'étanchéité du réservoir de solution			
Contrôle de la dureté de l'eau et réglage du sel de régénération si requis (bandelette test inclus)			
Révision de l'historique des défauts, M.A.J logiciel si nécessaire			
Contrôle des composants individuels et du calibrage de la pompe doseuse			
Contrôle du fonctionnement libre des bras de lavage, démontage et nettoyage si requis			
Lancement d'un cycle de nettoyage avec 1/2L de vinaigre blanc (1L inclus)			
Cycle de contrôle avec test Brown ou Tosi et initialisation du compteur de maintenance (test inclus)			
Forfait Déplacement, Main d'œuvre - durée d'intervention +/- 3H00			
TARIF D'INTERVENTION PONCTUELLE		TARIF TTC	nombre
Intervention Ponctuelle — avec dossier de suivi, rappel à l'échéance		385 €	

Dureté de l'eau chaude < 100 mg/l (recherché <85)	
Dureté de l'eau froide <100 mg/l (recherché <85)	
Conductivité de l'eau < 469 micros/cm (recherché < 274)	
Valeur du pH entre 6.8 et 8.5 S.U. (recherché 7 à 7.5)	

TOTAL TTC

Date :

* Veuillez accepter les conditions générales au verso

** Conditions de facturation / règlement :

Les interventions sont facturées à l'issu de l'intervention pour règlement sous huitaine.

Bon pour accord - signature - cachet du cabinet