

## Fiche de révision Equipement F1

Entretien complet - recommandé pour les années 4 - 8 - 12

<b><u>INFORMATIONS CLIENT</u></b>	
N°client:	Nom - Prénom:
	Adresse:
	Téléphone:
<b><u>INFORMATIONS MATERIEL</u></b>	
N° série:	Modèle:
Année:	Type unit:
Dernière révision:	Type Fauteuil:

<b>DESIGNATION DE L'OPERATION</b>	Réf pièce	Quantité	Prix unité HT	Réalisé
Remplacement de l'ampoule de scyalitique	ROPERSPAR	1	25,50 €	
Réglage compensation bras de scyalitique	main d'œuvre	1	pas de pièces	
Remplacement membrane de bloc de spray	R99000001	1	20,09 €	
Remplacement ressorts de fouets (5)	R97999020	5	5,81 €	
Remplacement filtre retour de sprays	R59204762+RPULLO002	1	5,61 €	
Réglage compensation et frein de bras d'unit	main d'œuvre	1	pas de pièces	
Vérification des niveaux de colonne et fauteuil	main d'œuvre	1	pas de pièces	
Remplacement joints toriques circuit de vidange	FIM-JTOR-NO	25	1,90 €	
Remplacement des vannes pneumatiques A/V	RFU25000	2	54,98 €	
Nettoyage des sondes et bocal de sondes	main d'œuvre	1	pas de pièces	
Controle des connexions hydrauliques	main d'œuvre	1	pas de pièces	
Controle des connexions pneumatiques	main d'œuvre	1	pas de pièces	
Graissage des vis sans fin et pignons moteur	main d'œuvre	2	graisse PM	
Graissage des atriculations dossier - repose pieds	main d'œuvre	2	graisse PM	
Remplacement de l'électrovanne Eau principale	R767000010V	1	88,53 €	
Remplacement des électrovannes verre et tablette	R7670006V	2	27,62 €	
Remplacement du filtre d'arrivée d'eau	R3333273	1	16,65 €	
Remplacement du ressort de pédale	R59201151+3002	1	7,85 €	
Remplacement du bloc d'accus de pédale	R76502100	1	38,51 €	
Remplacement du cordon de charge pédale	R78802050	1	34,43 €	
Remplacement du tapis de tablette	3333685	1	8,36 €	
Remplacement des protections septicover	R3333440+.....50	2	53,24 €	
Remplacement du tuyau aspire salive	R99000010	1	98,12 €	
Remplacement du tuyau canule aspi.	R99000009	1	131,07 €	
Date de réalisation: Société: Technicien:	TOTAL PIECES PRIX HT		822,96 €	
	FORFAIT Main Oeuvre HT		290,00 €	
	TVA 20 %		222,59 €	
	<b>TOTAL A PAYER TTC</b>		<b>1 335,55 €</b>	

**Feuillet 2**

**Annexe au plan de révision**

Opérations à prévoir.

Signalement de défauts



## Observations diverses suite à révision

Etat des cordons d'instruments:

	instrument concerné	commentaire technicien
cordon 1		
cordon 2		
cordon 3		
cordon 4		
cordon 5		

Etat des engrenages téflon des moteurs de fauteuil:

engrenage concerné	commentaire technicien
petit montée	
gros montée	
petit dossier	
gros dossier	

Dans le cas de nécessité du remplacement d'un engrenage, le remplacement simultané de l'engrenage associé est indispensable.

D'autre part, afin d'optimiser une usure synchronisée, le remplacement de l'ensemble des engrenages est recommandée (sans obligation).

Etat interne des electrovannes remplacées

recommandations:

Etat des plastiques et peintures

recommandations:

Etat des flexibles de vidange et d'aspiration:

recommandations:

observations diverses:

Etat et vieillissement du skai:

recommandations:

Technicien:

Date:

Société:

Cachet praticien: